



Poder Judicial


Rosario, 10 de septiembre de 2021.-

Al Sr.  
Subdirector de Administración  
Tribunales Provinciales de Rosario  
C.P.N. Leonardo Vergara  
S/D

Ref.: Nota Aclaratoria

Quien suscribe la presente, Ing. Emilio Barros, Jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura informa que las empresas que estén interesadas en el pliego "Licitación Privada N°28/21 Provisión Sistema de Monitoreo de temperatura cámara de conservación Instituto Médico Legal Rosario", deben presentar en la propuesta la entrega de los planos esquemáticos y de materiales necesarios para las placas PCB de los dispositivos de captura de datos y de comunicaciones con el fin de ser replicadas por el Poder Judicial.-

Saludo a Ud. muy atentamente.-



Ing. EMILIO CESAR BARROS  
Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura  
Corte Suprema de Justicia-Rosario