



Poder Judicial

ACLARACIÓN SIN CONSULTA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 43/25

Especificaciones Técnicas:

- * En el título del Renglón N° 1, se elimina lo siguiente "... (AFC), interfase de conexión directa para columnas capilares y wide-bore..."
- * En el 2° ítem del Título del Renglón 1, se reemplaza la siguiente especificación: donde dice "...entre 10 y 200 eV..." debería decir "...entre 10 y 150 eV..."
- * En el 4° ítem del Título del Renglón 1, donde dice "...con pre-rods metálicos, ..." debe insertarse el texto "...o según diseño del fabricante..."
- * En el título Especificaciones Técnicas, en el 5° ítem y donde se encuentre la sigla **MRM**, debe agregarse la sigla **SRM**, quedando en consecuencia expresada como **MRM/SRM**
- * En el título Especificaciones Técnicas, en el 8° ítem, donde refiere a la sensibilidad, debe reemplazarse todo el ítem por el siguiente texto "Sensibilidad demostrada: 0,5 fg OFN (S/N > 30.000 con 100 fg) para la transición de m/z 272 a m/z222".
- * En el título Especificaciones Técnicas, subtítulo Elementos que deben ser incluidos en la oferta, 8° ítem, donde refiere a la impresora, se suprime "HP 2375 Multifuncional DeskJet Ink Advantage o Superior" y colocar solo "Impresora Color Multifunción".
- * En el título Especificaciones Técnicas, subtítulo Elementos que deben ser incluidos en la oferta, tanto en los ítems 12° y 13°, donde dice **500 viales y 500 tapas**, debe reemplazarse por **1000 viales y 1000 tapas**.

Se debe incluir en el final del Pliego de Especificaciones Técnicas los siguientes puntos:

La oferta debe contener:

- **Instalación, puesta en marcha y capacitación** del personal.
- **Puesta a punto de técnicas toxicológicas y forenses:** 10 jornadas laborales de 8 horas cada una, destinadas a la puesta a punto metodológica para la detección de fármacos, drogas de abuso, metabolitos, venenos y otras sustancias de interés toxicológico y forense en matrices biológicas y ambientales, mediante GC-MS/MS. Guiadas por el equipo de químicos especializados en metodologías analíticas complejas de la empresa oferente; se encargará de dejar el sistema plenamente operativo, robusto y optimizado, garantizando trazabilidad, sensibilidad y confiabilidad desde el inicio.
- **Viáticos y logística de entrega** hasta el lugar de instalación.

Garantía y soporte- similar o superior:

- Garantía de 12 meses desde la puesta en marcha.
- Asistencia técnica especializada por personal entrenado en fábrica.

LABORATORIO BIOQUÍMICO FORENSE: 8/9/25.